DRAIN CLEAN LOW CASETTE

HUOLTOTOIMENPITEET:

Suodattimeen on päivittäin imettävä riittävästi desinfiointiainetta, jotta levän muodostuminen estetään ja bakteerikanta pysyy mahdollisimman alhaisella tasolla. Suosittelemme nestemäisten desinfiointiaineiden käyttöä. Mikäli ongelmia esiintyy, voi desinfiointiaineen väkevyyttä lisätä 50-100%. On myös suositeltavaa imeä vettä tehoimuriin toimenpiteiden välillä. On myös huomioitava, että yöksi ja lomalle lähdettäessä olisi suodattimeen syytä jättää desinfiointiainetta niin, että sen imemisen jälkeen ei huuhdeltaisi vedellä. Kasetin täyttymistä on hyvä tarkkailla kuukauden välein. Se tapahtuu parhaiten aamulla ennen tehoimurin käyttöä, kun kasetissa oleva neste on rauhassa selkiintynyt. Veden virtaamissuuntaan nähden on kasetin alkuosassa isompi kammio. Tähän kertyy suurin osa amalgaamijätteestä. Kun se on puolillaan, on kasetti vaihdettava, tai muussa tapauksessa vähintään kerran vuodessa. Veden virtaamissuunta on merkitty nuolella kasetin päälle. Tämä on ehdottomasti huomioitava kasetin vaihdon yhteydessä. Kuoren alaosa toimii kasettia vaihdettaessa varmuussatiana, ettei nestettä pääse valumaan lattialle. Ennen vaihtoa on hyvä imeä desinfektioaine tehoimuriin, jotta sitä jää kasettiin sen säilytyksen ajaksi. Vaihdettaessa kasetin molemmat liittimet suljetaan kuljetustulpilla. Tulpat on syytä painaa kunnolla kiinni, kuitenkaan niitä ei saa liimata kiinni. Oy Lindström Consulting Ab ottaa vaihtokasetin vastaan jälleenkäsittelyä, puhdistusta ja desinfiointia varten. Ne toimitetaan asiakkaalle ladattuna uudelleen käytettäväksi.